

Nivel de Oxigeno

Luz del indicador verde

Indicador de Bateria

Boton de encendido y apagado



Ritmo Cardiaco

Boton del programa, NO TOCAR!

Nombre del Paciente:

Este test de Oximetria ha sido ordenado por su Medico para monitorear sus niveles de oxigeno mientras duerme. Para poder obtener un test de buena calidad, es esencial que usted siga las siguientes instrucciones al pie de la letra. Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a VirtuOx al telefono (877) 897-0066 para mayor asistencia. **Usted debe estar despierto los primeros 10 minutos del test!**

ID de Lectura:

VirtuOx es la compania que procesara los resultados del test que usted estara realizando y lo enviara a su medico. Por guias y reglas de Medicare, la compania que entrega el aparato para realizar el test no le podra asistir con la ejecucion o instruccion de este mismo y solo podra funcionar como el courier.

La compania DME (Compania de equipos medicos) que le lleva su aparato:

Telefono:

Su medico le gustaria que se le haga el test bajo las siguientes condiciones:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aire en el cuarto durante la noche | <input type="checkbox"/> APAP / CPAP / BiPAP durante la noche |
| <input type="checkbox"/> Oxigeno en la noche @ _____LPM | <input type="checkbox"/> Aparato dental durante la noche |

Paso 1: Siga la condicion del test descrita arriba

Se sugiere que se remueva esmalte de las unas y coberturas en el dedo que estara usando.

Paso 4: Encienda el aparato
Numeros aparaceran



SI EL SENSOR SE CAE DURANTE LA NOCHE:

- 1) Coloque el sensor en el dedo de nuevo
- 2) Chequee que el oximetro este prendido y mostrando numeros.
- 3) Si el oximetro esta APAGADO, presione el boton de encendido para prenderlo

Paso 2: El sensor debe estar conectado al aparato tal como se ve abajo



Paso 5: Duermase y uselo toda la noche



SI LA LUZ DEL INDICADOR TITILA EN AMARILLO O ROJO POR VARIOS MINUTOS: 1) Reposicione el sensor en el dedo. 2) Continue el test.

Paso 3: Adjunte el dedo indice al sensor, Coloque cinta o una bandita para asegura el sensor al dedo



Paso 6: Cuando se despierte, apague el aparato y llame a la compania de equipos medicos para recojerla



SI LOS NUMEROS APARECEN EN LA PANTALLA INTERMITENTEMENTE CADA SEGUNDO, LA BATERIA ESTA BAJA: 1) **NO REEMPLACE LA BATERIA.** 2) Continue con el test. 3) Avisele a la compania de equipos medicos cuando lo recojan.